

Tarjeta de Control Metrológico Nº: 66897  
Certificado de Verificación: BS/06594/16  
Fecha de verificación: 6 de Octubre de 2016

T. Verificación: **Periódica**  
Expedido por: Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid, S. L.  
Expedido a: TECNORESIDUOS R3, S.L  
C. ESTAÑO, 25 POL. IND. EL  
28510 Campo Real  
De acuerdo con: Orden de 27 de abril de 1999 por la que se regula el control metrológico de los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, en sus fases de verificación después de reparación o modificación y de verificación periódica  
Relativo a: BSS de funcionamiento no automático e indicación y equilibrio Automático, marca FIDENS, modelo W-601/IP2, nº de serie 715 / 6505, nº de registro 53073/60294 con las siguientes características técnicas y metrológicas principales:

Alcance Máximo (Max)	Alcance Mínimo (Min)	Escalón Verificación (e)	Nº Divisiones (n)	Clase exactitud
300 Kg	2 Kg	0.1 Kg	3000	III

Ubicado en: C. ESTAÑO, 25 POL. IND. EL  
Campo Real  
28510 Madrid

Precintos: **1 PRECINTO CLM/2016 ; AJUSTES/VISOR**

Limitaciones:

Observaciones: Este certificado establece la conformidad del equipo arriba señalado con los requisitos establecidos en la Orden de 27 de abril de 1999 en base al examen administrativo y metrológico realizado y documentado en el informe de ensayo Nº 160637

En consecuencia, se declara al instrumento conforme para efectuar su función de pesaje, durante el plazo de dos años a contar desde la fecha de verificación.

Fecha de emisión: 7 de Octubre de 2016



Firmado digitalmente por ROBERTO CARLOS SAIZ  
CORREDOR  
description: Qualified Certificate: CAM-PF-SW-KPSC  
CN: ROBERTO CARLOS SAIZ CORREDOR  
emailAddress: rsc@clysim.com  
serialNumber: 02541984R  
SN: SAIZ CORREDOR  
GN: ROBERTO CARLOS  
UNDEF: B86554003  
title: VERIFICADOR  
OU: LABORATORIO DE METROLOGÍA Y CALIDAD  
O: CENTRO DE LABORATORIOS DE MADRID  
C: ES  
Fecha: Fri, 07 Oct 2016 07:28:11 GMT



Tarjeta de Control Metrológico N°: 66898  
Certificado de Verificación: BS/06595/16  
Fecha de verificación: 6 de Octubre de 2016

T. Verificación: **Periódica**  
Expedido por: Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid, S. L.  
Expedido a: TECNORESIDUOS R3, S.L  
C. ESTAÑO, 25 POL. IND. EL  
28510 Campo Real  
De acuerdo con: Orden de 27 de abril de 1999 por la que se regula el control metrológico de los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, en sus fases de verificación después de reparación o modificación y de verificación periódica  
Relativo a: BSS de funcionamiento no automático e indicación y equilibrio Automático, marca FIDENS, modelo W-601/IP2, n° de serie 258/3464, n° de registro 53073/60295 con las siguientes características técnicas y metrológicas principales:

Alcance Máximo (Max)	Alcance Mínimo (Min)	Escalón Verificación (e)	Nº Divisiones (n)	Clase exactitud
300 Kg	2 Kg	0.1 Kg	3000	III

Ubicado en: C. ESTAÑO, 25 POL. IND. EL  
Campo Real  
28510 Madrid

Precintos: **1 PRECINTO CLM/2016 ; AJUSTES/VISOR**

Limitaciones:

Observaciones: Este certificado establece la conformidad del equipo arriba señalado con los requisitos establecidos en la Orden de 27 de abril de 1999 en base al examen administrativo y metrológico realizado y documentado en el informe de ensayo N° 160638

En consecuencia, se declara al instrumento conforme para efectuar su función de pesaje, durante el plazo de dos años a contar desde la fecha de verificación.

Fecha de emisión: 7 de Octubre de 2016



Firmado digitalmente por ROBERTO CARLOS SAIZ  
CORREDOR  
description:Qualified Certificate: CAM-PF-SW-KPSC  
CN:ROBERTO CARLOS SAIZ CORREDOR  
emailAddress:rsc@clysim.com  
serialNumber:02541984R  
SN:SAIZ CORREDOR  
GN:ROBERTO CARLOS  
UNDEF:B86554003  
title:VERIFICADOR  
OU:LABORATORIO DE METROLOGÍA Y CALIDAD  
O:CENTRO DE LABORATORIOS DE MADRID  
C:ES  
Fecha: Fri, 07 Oct 2016 07:28:10 GMT

Tarjeta de Control Metrológico Nº: 66899  
Certificado de Verificación: BS/06596/16  
Fecha de verificación: 6 de Octubre de 2016

T. Verificación: **Periódica**  
Expedido por: Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid, S. L.  
Expedido a: **TECNORESIDUOS R3, S.L**  
**C. ESTAÑO, 25 POL. IND. EL**  
**28510 Campo Real**  
De acuerdo con: Orden de 27 de abril de 1999 por la que se regula el control metrológico de los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, en sus fases de verificación después de reparación o modificación y de verificación periódica  
Relativo a: **BSS** de funcionamiento no automático e indicación y equilibrio **Automático**, marca **EPELSA**, modelo **SILVER**, nº de serie **2140121**, nº de registro **53073/60296** con las siguientes características técnicas y metrológicas principales:

Alcance Máximo (Max)	Alcance Mínimo (Min)	Escalón Verificación (e)	Nº Divisiones (n)	Clase exactitud
150 Kg	1 Kg	0.05 Kg	3000	III

Ubicado en: **C. ESTAÑO, 25 POL. IND. EL**  
**Campo Real**  
**28510 Madrid**

Precintos: **4 1 PRECINTO R.AUTORIZADO (16M-005-R) + CLM/2016 + 2 PRECINTOS/FABRICA ;**  
**LATERALES/VISOR**

Limitaciones:

Observaciones: Este certificado establece la conformidad del equipo arriba señalado con los requisitos establecidos en la Orden de 27 de abril de 1999 en base al examen administrativo y metrológico realizado y documentado en el informe de ensayo Nº 160639

En consecuencia, se declara al instrumento conforme para efectuar su función de pesaje, durante el plazo de dos años a contar desde la fecha de verificación.

Fecha de emisión: 7 de Octubre de 2016



Firmado digitalmente por ROBERTO CARLOS SAIZ CORREDOR  
description: Qualified Certificate: CAM-PF-SW-KPSC  
CN: ROBERTO CARLOS SAIZ CORREDOR  
emailAddress: rsc@clysim.com  
serialNumber: 02541984R  
SN: SAIZ CORREDOR  
GN: ROBERTO CARLOS  
UNDEF: B86554003  
title: VERIFICADOR  
OU: LABORATORIO DE METROLOGÍA Y CALIDAD  
O: CENTRO DE LABORATORIOS DE MADRID  
C: ES  
Fecha: Fri, 07 Oct 2016 07:28:12 GMT