

Tarjeta de Control Metrológico Nº: 66899
Certificado de Verificación: BS/06914/18
Fecha de verificación: 5 de Octubre de 2018

T. Verificación: **Periódica**
Expedido por: Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid, S. L.
Expedido a: **TECNORESIDUOS R3, S.L**
C. ESTAÑO, 25 POL. IND. EL
28510 Campo Real
De acuerdo con: Orden de 27 de abril de 1999 por la que se regula el control metrológico de los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, en sus fases de verificación después de reparación o modificación y de verificación periódica
Relativo a: **BSS de funcionamiento no automático e indicación y equilibrio Automático, marca EPELSA, modelo SILVER, nº de serie 2140121, nº de registro 53073/60296 con las siguientes características técnicas y metrológicas principales:**

Alcance Máximo (Max)	Alcance Mínimo (Min)	Escalón Verificación (e)	Nº Divisiones (n)	Clase exactitud
150 Kg	1 Kg	0.05 Kg	3000	III

Ubicado en: **C. ESTAÑO, 25 POL. IND. EL**
Campo Real
28510 Madrid

Precintos: **4 1 PRECINTO R.AUTORIZADO (16M-005-R) + CLM/2016 + 2 PRECINTOS/FABRICA ;**
LATERALES/VISOR

Limitaciones:

Observaciones: Este certificado establece la conformidad del equipo arriba señalado con los requisitos establecidos en la Orden de 27 de abril de 1999 en base al examen administrativo y metrológico realizado y documentado en el informe de ensayo Nº 182123

En consecuencia, se declara al instrumento conforme para efectuar su función de pesaje, durante el plazo de dos años a contar desde la fecha de verificación.

Fecha de emisión: 8 de Octubre de 2018



Firmado digitalmente por MIGUEL JULIAN MACIAS VALLE
description: Qualified Certificate: CAM-PF-SW-KPSC
CN: MIGUEL JULIAN MACIAS VALLE
emailAddress: mmv@clysim.com
serialNumber: 70886132V
SN: MACIAS VALLE
GN: MIGUEL JULIAN
UNDEF: B86554003
title: VERIFICADOR
OU: LABORATORIO DE METROLOGÍA Y CALIDAD
O: CENTRO DE LABORATORIOS DE MADRID
C: ES
Fecha: Tue, 09 Oct 2018 08:46:39 GMT

Tarjeta de Control Metrológico N°: 66897
Certificado de Verificación: BS/06912/18
Fecha de verificación: 5 de Octubre de 2018

T. Verificación: **Periódica**
Expedido por: Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid, S. L.
Expedido a: TECNORESIDUOS R3, S.L
C. ESTAÑO, 25 POL. IND. EL
28510 Campo Real
De acuerdo con: Orden de 27 de abril de 1999 por la que se regula el control metrológico de los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, en sus fases de verificación después de reparación o modificación y de verificación periódica
Relativo a: **BSS** de funcionamiento no automático e indicación y equilibrio **Automático**, marca **FIDENS**, modelo **W-601/IP2**, nº de serie **715 / 6505**, nº de registro **53073/60294** con las siguientes características técnicas y metrológicas principales:

Alcance Máximo (Max)	Alcance Mínimo (Min)	Escalón Verificación (e)	Nº Divisiones (n)	Clase exactitud
300 Kg	2 Kg	0.1 Kg	3000	III

Ubicado en: C. ESTAÑO, 25 POL. IND. EL
Campo Real
28510 Madrid

Precintos: **1 PRECINTO CLM/2016 ; AJUSTES/VISOR**

Limitaciones:

Observaciones: Este certificado establece la conformidad del equipo arriba señalado con los requisitos establecidos en la Orden de 27 de abril de 1999 en base al examen administrativo y metrológico realizado y documentado en el informe de ensayo N° 182121

En consecuencia, se declara al instrumento conforme para efectuar su función de pesaje, durante el plazo de dos años a contar desde la fecha de verificación.

Fecha de emisión: 8 de Octubre de 2018



Firmado digitalmente por MIGUEL JULIAN MACIAS VALLE
description:Qualified Certificate: CAM-PF-SW-KPSC
CN:MIGUEL JULIAN MACIAS VALLE
emailAddress:mmv@clysim.com
serialNumber:70886132V
SN:MACIAS VALLE
GN:MIGUEL JULIAN
UNDEF:B86554003
title:VERIFICADOR
OU:LABORATORIO DE METROLOGÍA Y CALIDAD
O:CENTRO DE LABORATORIOS DE MADRID
C:ES
Fecha: Tue, 09 Oct 2018 08:46:38 GMT

Tarjeta de Control Metroológico Nº: 66898
Certificado de Verificación: BS/06913/18
Fecha de verificación: 5 de Octubre de 2018

T. Verificación: **Después Rep.o Mod.**

Expedido por: Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid, S. L.

Expedido a: **TECNORESIDUOS R3, S.L**
C. ESTAÑO, 25 POL. IND. EL
28510 Campo Real

De acuerdo con: Orden de 27 de abril de 1999 por la que se regula el control metroológico de los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, en sus fases de verificación después de reparación o modificación y de verificación periódica

Relativo a: **BSS** de funcionamiento no automático e indicación y equilibrio Automático, marca **FIDENS**, modelo **W-601/IP2**, nº de serie **258/3464**, nº de registro **53073/60295** con las siguientes características técnicas y metroológicas principales:

Alcance Máximo (Max)	Alcance Mínimo (Min)	Escalón Verificación (e)	Nº Divisiones (n)	Clase exactitud
300 Kg	2 Kg	0.1 Kg	3000	III

Ubicado en: **C. ESTAÑO, 25 POL. IND. EL**
Campo Real
28510 Madrid

Precintos: **3 3 VISOR**

Limitaciones:

Observaciones: Este certificado establece la conformidad del equipo arriba señalado con los requisitos establecidos en la Orden de 27 de abril de 1999 en base al examen administrativo y metroológico realizado y documentado en el informe de ensayo Nº 182122

En consecuencia, se declara al instrumento conforme para efectuar su función de pesaje, durante el plazo de dos años a contar desde la fecha de verificación.

Fecha de emisión: 8 de Octubre de 2018



Firmado digitalmente por MIGUEL JULIAN MACIAS VALLE
description:Qualified Certificate: CAM-PF-SW-KPSC
CN:MIGUEL JULIAN MACIAS VALLE
emailAddress:mmv@clysim.com
serialNumber:70886132V
SN:MACIAS VALLE
GN:MIGUEL JULIAN
UNDEF:B86554003
title:VERIFICADOR
OU:LABORATORIO DE METROLOGIA Y CALIDAD
O:CENTRO DE LABORATORIOS DE MADRID
C:ES
Fecha: Tue, 09 Oct 2018 08:46:39 GMT